

Gama spinduliuotės išpėjimo įtaisas aGent-R

**Kaina:****279.96 € (be PVM)****338.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GAMA SPINDULIUOTĖS IŠPĖJIMO ĮTAISAS AGENT-R

aGent-R yra spinduliuotės aptikimo laikrodis smūgiams atspariame korpuse. aGent-R skirtas pagalbos tarnyboms ir teisėsaugos institucijoms. Dėl savo paprastumo, patogumo ir patikimumo radiacijos aptikimo laikrodis išpopuliarėjo ir tarp žmonių, kurie jį naudoja kasdieniame gyvenime.

KOMPLEKTACIJA: gama spinduliuotės išpėjimo įtaisas aGent-R, odinis dėklas, naudojimo vadovas

PRIVALUMAI

- Šviesos diodas ir vibruojantis signalas, viršijantis slenkščius, su galimybe išjungti vibracinį signalą
- Nepertraukiamas integruoto Geigerio-Miulerio skaitiklio ir išpėjimo įtaiso veikimo stebėjimas
- Įmontuoto vibracijos prietaiso ir likutinės baterijų talpos valdymas su atitinkama LED indikacija
- Periodiškas vibruojantis ir LED aliarmas, kai likutinė akumuliatoriaus talpa tampa mažesnė nei 10 %
- Automatinis vibracinis ir LED pavojaus signalas, kai akumuliatoriaus likutinė talpa yra mažesnė nei 5 %, išjungus išpėjimo įtaisą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dinaminis gama spinduliuotės DER registravimo diapazonas: $10 \cdot 10^{-8}$ -10 Sv/val
- Gama spinduliuotės energijos diapazonas DER registracija: 0,05-3 MeV
- Gama spinduliuotės slenkstinis lygis DER*:

pirmas slenkstis: 1 μ Sv/valantrasis slenkstis: 10 μ Sv/val

trečias slenkstis: 1 mSv/val

ketvirtas slenkstis: 100 mSv/val

* Kliento pageidavimu slenksčių lygiai gali būti keičiami

- Gama spinduliuotės DER slenksčio aliarmo pagrindinė santykinė leistina paklaidos riba, kurios pasikliautinoji tikimybė yra 0,95: 25 %
- Darbo režimo nustatymo laikas, ne daugiau: 120 s
- Signalizacijos įrenginio nepertraukiamo veikimo laikas, kai maitinamas iš dviejų naujų 550 mAh AAAA šarminių baterijų, esant natūraliai foninei spinduliuotei, aplinkos oro temperatūrai (20 ± 2) °C ir likutinės baterijos talpos testavimui daugiausiai 3 kartus per 24 valandas, ne mažiau: 1300 val.
- Darbinė maitinimo įtampa: 3 V
- Papildoma leistina slenkstinės aliarmo paklaidos riba, kurią sukelia maitinimo įtampos svyravimai nuo standartinės vertės 3-2,2 V ribose: ± 10 %
- Papildoma leistina slenkstinės aliarmo paklaidos riba, kurią sukelia aplinkos oro temperatūros svyravimai nuo minus 20 °C iki +50 °C, kiekvienam 10 °C nuokrypiui nuo +20 °C: ± 5 %
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +50 °C
- Prietaiso matmenys be dirželio, ne daugiau: 55 × 55 × 27 mm
- Prietaiso svoris, ne daugiau: 0,11 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856